

57850



ZAŘÍZENÍ PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PIGTAILU

STROZA




create to innovate

57850

Zařízení je využíváno ve zdravotnictví, konkrétně zajišťuje tvarování stentů používaných pro urologické účely. Stenty typu „pigtail“ jsou umístěny v paletkách a ručně vkládány do stroje. Paletky jsou pomocí šestiosého robota tepelně zpracovány ohřevem a následným chlazením. Pomocí chladicího tunelu jsou paletky expedovány a následně ručně vyjímány.

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

- › Řídicí systém Siemens Simatic
- › Zpracování medicínských výrobků
- › Teplotní zpracování ohřevem a chlazením před dalšími operacemi
- › Manipulace s výrobky v paletkách
- › Manipulace s paletkami šestiosým robotem
- › Chladicí tunel pro teploty od 2 °C do 6 °C
- › Rozměry cca 1 460 × 385 × 2 230 mm



STROZA

STROZA s.r.o.,
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech Republic

+420 571 752 911
stroza@stroza.cz
www.stroza.cz